

## 附件：一次性擦手巾采购需求

### 1、项目名称:一次性擦手巾

### 2、产品需求

2.1 用于外科洗手干手使用，布巾需为无菌纸张，并能兼备使用

过程中持续保持无菌状态,使用过程符合手术室感控要求。

2.2 纸巾性能:需为无纺布材质，吸水性强，无菌无屑，柔软舒

适，耐摩擦，不掉屑，不破裂，方便安全，具体参数如下：

实测克重(g/m<sup>2</sup>) ≥ 45

厚度(mm) ≥ 0.22

纸张宽度 ≥ 22cm

2.3 出纸方式需为自动出纸，如搭配自动出纸机等方式。配套自动分配器使用，出纸器可以调节无菌巾长度，以满足外科医生不同习惯用纸，自动分配器内置杀菌装置(如紫外线灯管)，能抑制使用中纸巾的微生物繁殖。

### 3、采购数量

100 卷，100 米/卷