

附件:需求书

注: 本项目带“★”为实质性参数、要求, 未响应或不满足将导致无效响应处理。

1. 可不少于 40 个试管位;
2. 结果准确: 检测精度 $+/-0.2\text{mm}$; 检测重复性 $CV < 5\%$;
3. 具温度矫正功能: 不同温度条件下的测试, 均被换算为 18°C 的结果;
4. 急诊插入功能: 随机的急诊插入;
5. 质控功能: 拥有国际公认的质控试剂;
6. ★设备需接入本院 LIS 系统, 结果可自动传送到 LIS 系统。