

## 技术参数要求

- 1、采用过氧化氢雾化+高温灭菌技术，符合《医疗机构消毒技术规范》
- 2、覆盖呼吸机内部气路、传感器等复杂结构
- 3、对细菌、病毒、真菌灭菌率 $\geq 99.9999\%$
- 4、自动检测泄漏、无有害残留物
- 5、支持呼吸机在位消毒，无需拆卸主机
- 6、兼容主流品牌呼吸机(如德尔格、迈柯唯、飞利浦等)
- 7、配备数据追溯系统，生成电子消毒记录