

附件 3:

开颅动力系统参数要求

- 1、马达最大实时转速 $\geq 75000\text{rpm/min}$ ；可正向、反向转动；所有手柄电缆均已整合，且不能从手柄上取出。
- 2、最短附件长度 $\leq 7\text{cm}$ ，最大附件 $\leq 21\text{cm}$ 。
- 3、铣刀在取骨瓣时可自由转弯。