

二氧化碳培养箱技术参数要求

- 1、温度范围: $+5^{\circ}\text{C}$ – 50°C
- 2、温度控制精度:红外传感器监测温度, 波动在 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 内
- 3、相对湿度范围:40–95%
- 4、内部体积(可供放培养物): $\geq 240\text{L}$
- 5、置物架层数(托架数量): ≥ 3 层, 活动, 可自由调节高度
- 6、内胆材质:不锈钢
- 7、二氧化碳浓度控制:0–20%, 波动在 $\pm 0.1\%$ 内
- 8、显示方式:液晶控制器
- 9、进出气过滤:过滤效果 $\geq 99.99\%$
- 10、门控功能:未关门提醒
- 11、消毒方式:紫外线消毒