

血常规分析仪采购（二次询价）需求

1. 血常规单机检测速度：CBC+DIFF+NRBC ≥ 100 样本/小时。
2. 有室间质评分组，需提供证明材料。
3. 有核红细胞检测功能：无需特殊通道和试剂进行具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正。
4. 可以使用末梢血检测。

设备评分表

评审项目	评审分项	内容	得分
商务评审 (35 分)	产品授权证明	保证产品具有追溯性且保证质量，报名人提供所投产品制造商或国内总代理商出具的针对本项目的授权书或售后服务承诺书原件，得 5 分。	
	同类项目业绩	提供同型号产品业绩至少 5 份证明，每提供一份项目业绩证明得 1 分，最高得 5 分； 提供满足需求室间质评分组材料，每提供一份项目业绩证明得 1 分，最高得 5 分。	
	免费保修期限	保修期 1 年得 2 分，每增加 1 年得 2 分，最高得 10 分。	
	项目测试、运输、安装调试、验收等方案	1. 项目测试、运输、安装调试、验收等方案完善合理，技术和工艺、生产设备设施，经营管理水平高的，综合评价优，得 10 分； 2. 项目测试、运输、安装调试、验收等方案及技术和工艺、生产设备设施，经营管理水平较好的，得 6 分； 3. 项目测试、运输、安装调试、验收等方案及技术和工艺、生产设备设施，经营管理水平一般的，得 3 分； 4. 方案不合理的，得 0 分。	
技术评审 (35 分)	产品选型及配置	1. 产品选型及配置合理，完全满足需求，明显优于同类产品，得 20 分； 2. 产品选型及配置较合理，需求不满足项 1~3 项，得 10 分； 3. 产品选型及配置一般，需求不满足项 4~8 项，得 5 分； 4. 产品选型及配置不符合要求，需求不满足项超过 8 项，得 0 分。	
	售后服务方案	1. 提供的质保期内和质保期后售后服务方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的、具有相关资质的售后服务人员，对需维修的设备有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，得 15 分； 2. 提供的质保期内售后服务方案内容完整，有基本的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的、具有相关资质的售后服务人员，对需维修的设备有基础保底操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不够及时，满足项目要求的得 9 分； 3. 只提供了简单的售后服务方案，维修服务安排无法完全满足项目要求，对日常维修和应急情况响应慢，或质保期不能完全满足项目要求的得 1 分。	
价格评审 (30 分)	设备	1. 提供的设备报价合理实惠，符合市场规律，得 10 分； 2. 提供的设备报价异常，偏离市场规律，得 5 分。 备注：报价需提供同类产品市场价格作为参考（原则不少于 5 份，不足 5 份的请作出说明）。	

	设备配套耗材	1. 设备配套耗材种类丰富，耗材报价实惠合理，具备竞争力，满足用户采购需求的，得 20 分； 2. 提供了部分设备配套耗材，种类不能满足用户需要，耗材报价一般，得 12 分； 3. 提供的设备配套耗材报价异常，偏离市场规律，不满足用户需求，得 6 分。 备注：报价需提供同类产品市场价格作为参考（发票或招采平台成交记录，原则不少于 5 份，不足 5 份的做出说明）	
合计			