

电动液压手术床需求书

一、数量：2 套

二、基本性能及具体规格要求、配置

1. 手术床符合 EMC 电磁兼容标准
2. ▲手术床驱动方式为电动液压；
3. ▲手术床具有良好的透视效果；
4. 手术床具有两套独立的电子操作系统，一套为遥控器控制，另一套为手术床床柱备用操作控制面板，床柱备用操作控制面板位于手术床的两侧。
5. 手术床遥控器可设置双向手术体位模式即标准模式和反向模式（头脚换向），原厂遥控器具有背景夜光模式；
6. ▲手术床使用期限：≥10 年；
7. 手术床配置清单：
 - 1) 头板，背板，座板：2 套；
 - 2) 腿板：分体腿板，可拆卸：2 套；
 - 3) 手板：4 个；
 - 4) 麻醉布帘架：分体式，2 套；
 - 5) 肩关节背板:1 套
 - 6) 截石位:1 套
 - 7) 侧卧位支架:1 套