

附件：胃肠镜维修保养需求书

报价要求：

1. 有宾得医疗器械有限公司原厂的维修授权资质；
2. 提供近三年相关维修内镜的业绩报告资料。

设备情况：

序号	设备名称	品牌	型号	故障原因
1	电子胃镜	宾得医疗器械有限公司	A114056	漏气、大旋钮钢丝断裂
2	电子胃镜	宾得医疗器械有限公司	A113128	大旋钮钢丝断裂
3	电子胃镜	宾得医疗器械有限公司	A114055	大旋钮钢丝断裂
4	电子胃镜	宾得医疗器械有限公司	A120383	无显示
5	电子结肠镜	宾得医疗器械有限公司	A110184	闪屏
6	电子结肠镜	宾得医疗器械有限公司	A110050	漏气