

附件 3：乳腺活检与旋切系统需求

乳腺活检与旋切系统主要功能：

- 1、针对乳腺可疑结节进行病理取材，获取足量组织病理活检，明确诊断指导后期进一步治疗。
- 2、可以在微创的情况下切除乳腺内良性病灶，避免病灶进一步发展。

基本要求：

- 1，可在超声引导下进行工作。
- 2，具有多种多种切割模式。
- 3，旋切刀头多种规格。
- 4，触摸式液晶显示屏。
- 5，要主机及配套设施齐全。
- 6，保修及系统培训。